ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-167	PS/SSH/44570

PRODUCTO

Palomilla de extracción de sangre "BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set", Número de Catálogo: 367342

Nº LOTE

Número de catálogo	Product Description	Número de Lote	Fecha de Caducidad
367342	BD Vacutainer® Push Button Blood Collection Set Palomilla de extracción de sangre	7346623	2019/12/31
		7354870	2019/12/31
		7354876	2019/12/31
		7354899	2019/12/31
		7354907	2019/12/31

FABRICANTE

Becton, Dickinson & Company, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de la Palomilla de extracción de sangre "BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set" Número de Catálogo: 367342, debido a que no cumple con la Garantía del Nivel de Seguridad en la Esterilidad (SAL, por sus siglas en inglés) indicado en la ficha técnica de 10^{-6}.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa al distribuidor
- Nota de aviso empresa a los centros

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 27/03/2018
Localizador: DAYPKV34BF

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89