ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-176	PS/NC/44296

PRODUCTO

Sistemas de ventilación Servo

Producto	N.º de referencia	Números de serie
SERVO-air	6882000	10141 – 11794, 12287
Servo-i	6487800	83775 – 87140
Servo-s	6640440	37488 – 39999
Servo-n	6688600	1240 – 1455
Servo-u	6694800	22611 – 24876

FINALIDAD PREVISTA

Proporcionar soporte respiratorio, monitorización y tratamiento en pacientes neonatales, pediátricos y adultos.

FABRICANTE

Maquet Critical Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain, C/ Marie Curie 5, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con un posible funcionamiento incorrecto de la válvula de seguridad de determinados sistemas de ventilación Servo, lo que podría dar lugar a la suspensión del soporte de ventilación.

Actualización del firmware para solucionar este problema de seguridad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/03/2018
Localizador: NRGPCRR085

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89