MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-175	PS/PRV/44640

PRODUCTO
Diluyentes de muestras CTNI, MULTI 1 y MULTI 2 para el Sistema Dimension Vista®

FINALIDAD PREVISTA
Diluyentes de muestras para análisis de Troponina Cardiaca, Estradiol, BNP, PROG, TTST y TSH

Nº LOTE
Ver números de Catálogo y Lotes afectados en la nota de aviso empresa

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare Diagnostics, S.L.U. Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906, Getafe, Madrid

ASUNTO
Cese de la utilización de determinados lotes de diluyentes de muestras CTNI, MULTI 1 y MULTI 2 para el Sistema Dimension Vista, debido a que podrían tener una hendidura incompleta en el septo del tapón del vial y dar lugar a resultados erróneamente altos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/03/2018
Localizador: SB39T5W808

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89