MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-177	PS/FFG/44568
PRODUCTO BeGraft Peripheral Stent Graft System (BGP), referencias BGP5709_1 Y BGP5709_2	
Nº LOTE ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE BENTLEY INNOMED GMBH, Alemania	
DISTRIBUIDOR LOGIMED S.L. C/Ciscar 21, 46005 Valencia	
ASUNTO Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del sistema de endoprótesis vascular periférica BeGraft, debido al posible fallo en la extracción de la cubierta protectora del stent.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/04/2018
Localizador: QL2QG9C95F

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89