MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-179	PS/SM/44497
PRODUCTO IH-1000, número de catálogo 001000.	
FINALIDAD PREVISTA El IH-1000 es un analizador automatizado para tarjetas ID con alto rendimiento, muestra continua y carga de reactivo, con una capacidad de 180 muestras, 240 tarjetas de identificación y 28 viales de reactivos.	
VERSION SOFTWARE 04.07.02.	
FABRICANTE DiaMed GmbH, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Bio-Rad Laboratories. Diamed GmbH, Pra Rond 23, 1785 Cressier FR, Suiza.	
ASUNTO Advertencias de seguridad en relación a la posibilidad de obtener resultados falsos cuando se carga un vial de reactivo con un código de barras ilegible.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 06/04/2018
Localizador: CY5JR6TDFA

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89