MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-190	PS/PRV/44548

PRODUCTO
Sujeción de camilla para ambulancias, Power-LOAD, Modelo 6390.
Unidades fabricadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de elevación y anclaje de camillas en el suelo de ambulancias

Nº SERIE EN ESPAÑA
161039289/160840871/161039209/161141045

FABRICANTE
Stryker Medical. EEUU

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia, S.L. C/ Sepúlveda, 17 -28108- Alcobendas. Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y sustitución de los soportes de fijación de la placa de suelo (Nº de pieza: 6390-101-108), que permiten la fijación del anclaje Power-Load a la placa de suelo de la ambulancia, debido a que podrían encontrarse rotos tras la retirada del anclaje.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: P3JL88TB41
Fecha de la firma: 09/04/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89