ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-191	PS/PRV/44766
PRODUCTO Pocillo de EliA Intrinsic Factor, referencia 14-5668-01	
FINALIDAD PREVISTA Prueba EliA de detección in vitro por fluorescencia, diseñada para la medición de anticuerpos de Antifactor Intrínseco, utilizada en el diagnóstico clínico de Anemia Perniciosa.	
Nº LOTE 0015.	
FABRICANTE Phadia AB. Suecia.	
DISTRIBUIDOR Thermo Fisher Diagnostics, S.L.U. Avda. Alcalce Barnils, 70, 2ª planta. 08174 Sant Cugat del Vallés. Barcelona	
ASUNTO Cese de utilización de los pocillos Elia Intrinsic Factor del lote 0015, debido a la posibilidad de que algunos pocillos no contengan solución de antígeno y revisión de los resultados de pacientes obtenidos con dicho lote.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/04/2018
Localizador: B8YS4TKBBD

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89