# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-186 | PS/SM/44556 |

**PRODUCTO**
Sondas TEE modelos 6VT-D, 6Tc, 6Tc-RS, 6T, 6T-RS, 9T y 9T-RS.

**FINALIDAD PREVISTA**
Sondas endoscópicas de diagnóstico por ultrasonidos.

**FABRICANTE**
GE Vingmed Ultrasound AS, Noruega.

**DISTRIBUIDOR**
General Electric Healthcare España, SAU. c/Gobelas, 35-37 | Madrid, 28023 España.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad en relación a las instrucciones de desinfección de las sondas GE TEE cuando se utilicen con las toallitas Tristel Trio.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/04/2018
Localizador: W6Z8RVA7F8

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89