MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-180	PS/ME/44533

PRODUCTO
Centricity PACS-IW.

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo de recepción de imágenes médicas (incluyendo mamografías) y datos de varias fuentes de imágenes. Las imágenes y los datos pueden ser almacenados, comunicados, procesados y mostrados en el sistema o a través de redes de sistemas en otras ubicaciones.

VERSION SOFTWARE
3.6.0 hasta 3.7.3.9 SP1, SP2, SP3 y 3.7.3 SPa10.

FABRICANTE
GE Healthcare. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. C/ Gobelas, 35-37. 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que se produzca un error de manipulación de la base de datos durante el proceso de adquisición de imágenes con Centricity PACS-IW, afectando a su integridad, lo que podría llevar a que una o varias series de imágenes de un examen se pierdan sin indicación al usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 06/04/2018
Localizador: 3FRJ8XN444

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89