MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-184	PS/FFG/44736

PRODUCTO
Fischer Cone Biopsy Excisor®,referencia 900-151

FINALIDAD PREVISTA
El Fischer Cone Biopsy Excisor® es un dispositivo desechable para extraer muestras en forma de cono con el procedimiento LEEP (Procedimiento de escisión electro quirúrgica con asa).

Nº LOTE
212074

FABRICANTE
Cooper Surgical, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
EQUIPOS MÉDICO-BIOLÓGICOS, S.A. Carrera de Can Ràbia 13 , 08017 Barcelona

ASUNTO
Cese de la utilización y retirada del mercado del lote 212074 del dispositivo desechable Fischer Cone Biopsy Excisor, debido a que el etiquetado del envase podría no corresponderse con el tamaño del producto incluido.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/04/2018
Localizador: 58ZZQT9512

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89