MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-185	PS/CH/44810
PRODUCTO Tubos de extracción de sangre BD Vacutainer Plus con citrato, nº catalogo 363048	
Nº LOTE 7298982	
FABRICANTE Becton Dickinson and Company. Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n. 28750 San Agustín del Guadalix. Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 7298982 de los tubos de extracción de sangre BD Vacutainer Plus, con citrato debido a la posibilidad de que algunos tubos no contengan aditivo o el volumen que contengan sea incorrecto (inferior al especificado), y revisión de los resultados de los análisis realizados con tubos de este lote.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/04/2018
Localizador: BJYYBVX832

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89