ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-181	PS/MRG/44750

PRODUCTO

Filtros de plasma MICROPLAS

Código del producto	Descripción del producto
IBP4102	MICROPLAS MPS 05
IBP4103	MICROPLAS MPS 07
IBP4104	MICROPLAS MPS 03

FABRICANTE

BELLCO S.r.l., Italia.

DISTRIBUIDOR

Medtronic Iberica S.A. Plaça de la Pau s/n Almeda park, World Trade center Edif 7, 3ª planta. 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona).

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a varios casos de uso inadvertido de estos filtros en lugar de un hemofiltro durante la terapia de remplazo renal continua, lo que puede dar lugar a riesgo hemodinámico importante.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: Q6SYLAVA4E
Fecha de la firma: 13/04/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89