ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-200	PS/PRV/44978

PRODUCTO
Catéter torácico y tubo de conexión Portex ®

FINALIDAD PREVISTA
Catéter torácico destinado al drenaje pleural, mediastínico o pericárdico tras una intervención quirúrgica cardiotorácica o torácica.

Nº LOTE
Ver números de modelos y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Smiths Medical ASD, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España SRL. Avda Diagonal, 635. 08028. Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados modelos y lotes de catéteres torácicos y tubos de conexión Portex, debido a una posible rotura del sellado del envase, lo que podría comprometer su esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/04/2018
Localizador: X5G6V9763F

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89