MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-199	PS/SM/44453

PRODUCTO
Elevador de piscina Entroy. Modelo GAB1000-01-EU.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de elevación de pacientes estacionario con alimentación de línea para piscinas.

FABRICANTE
ArjoHuntleigh AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
ARJO IBERIA SL. C/ Alguer , 7 Nave 4 Santa Perpetua de la Mogoda . BARCELONA.

ASUNTO
Advertencias de seguridad en relación con la posibilidad de desprendimiento del asiento/camilla del elevador de piscina Entroy cuando no está correctamente emparejado. Cuando el acoplamiento falla, existe el riesgo de que la camilla o la silla se desprendan y caigan. Se procede a la distribución de unas nuevas instrucciones de uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Guía de referencia rápida (Quick reference guide).
- Números de modelo y serie afectados.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 89VQ5CS54A
Fecha de la firma: 18/04/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89