ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-198	PS/SSH/44747

PRODUCTO
Juego de tubos flexibles de un solo uso para microcirugía endoscópica transanal (TEM).
Modelo número: 4170.801.

Nº LOTE
32062417 y 32133317.

FABRICANTE
Richard Wolf GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
- Taper Servicio Técnico S.L.U., Arbea Campus Empresarial, Ctra. Fuencarral, km. 3,800, 28108 Alcobendas, Madrid. (Hasta 31 de Diciembre de 2017)
- Palex Medical SA, Arbea Campus Empresarial Ed.5 - Pl.B - Ctra. Fuencarral km 3,8. 28108 Alcobendas, Madrid. (Desde 1 de Enero de 2018).

ASUNTO
Retirada del mercado de los lotes 32062417 y 32133317 del juego de tubos flexibles TEM debido a una posible deficiencia en el tubo flexible de la bomba.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/04/2018
Localizador: LXRT9EL718

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89