ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-210	PS/CGG/44875

PRODUCTO
Instrumento Flex Arm (Modelo: 03.612.010)

FINALIDAD PREVISTA
Componente del sistema de soporte mínimamente invasivo para cirugía de columna de Synthes.

Nº LOTES
9833185, 9866629, 9888308, 9914323, 9940637, 9982802, H044106, H072780, H144265, H212060, H260544, H260547, H305886, H347867, H430221, H430230

FABRICANTE
DePuy Synthes GmbH, 4436 Oberdof, Suiza

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A. , Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del instrumento Flex Arm debido a la posibilidad de que no se pueda acoplar el elemento de conexión rápida a los adaptadores Flex Arm, a los separadores Insight o a otros componentes de ajuste durante la intervención quirúrgica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 25/04/2018
Localizador: 5KWJF52AB1

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89