MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-227	PS/MRG/45017

PRODUCTO
Sistemas Discovery IGS 730/740 e Innova IGS 620/630/520/530/540.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas angiográficos de Rayos X destinados a la generación de imágenes fluoroscópicas y rotacionales de la anatomía humana, para procedimientos cardiovasculares, vasculares y no-vasculares de diagnóstico e intervencionistas.

FABRICANTE
GE Medical Systems SCS, Francia

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España SA. C/Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de pérdida de visualización de imágenes durante los procedimientos intervencionistas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: AFZTZ75F32
Fecha de la firma: 25/04/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89