ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-203	PS/PRV/44620

PRODUCTO

Tubo Endrotraqueal Venner PneuX P.Y Desechable (No compatible con Imagen por Resonancia Magnética)
Referencias: 901060,901070,901080,901090

FINALIDAD PREVISTA

Tubo endotraqueal diseñado para su uso en pacientes que se someten a una intubación traqueal durante periodos prolongados, así como para la evacuación o el drenaje de secreciones en el espacio subglótico

FABRICANTE

Venner Medical (Singapore) Pte Ltd

DISTRIBUIDOR

MBA Incorporado, S.L Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra, Gijón (33203)

ASUNTO

Actualización de las advertencias de seguridad de las instrucciones de uso, debido a que existe un riesgo de oclusión o perforación luminal si el paciente muerde excesivamente el tubo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 25/04/2018
Localizador: BCCV4W56A3

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89