ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-216	PS/CH/44991
PRODUCTO Varios productos fabricados por Arrow International Inc.	
Nº LOTE Ver referencias y números de lote afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Teleflex Medical, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Teleflex Medical, Calle Quito, S/N (Polígono Industrial Camporrosso), 28806 Alcalá de Henares	
ASUNTO Retirada del mercado y cese de la utilización de determinadas referencias y lotes de varios productos fabricados por Arrow International Inc., debido a la posibilidad de que el envase no esté sellado, lo que podría comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 25/04/2018
Localizador: 9GTKY6F03D

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89