ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-220	PS/SM/45135

PRODUCTO
MultiDiagnost Eleva, números de código: 708032 y 708036
UroDiagnost, número de código: 708033
MultiDiagnost Eleva con Flat Detector, números de código: 708034, 708035, 708037 y 708038.

FINALIDAD PREVISTA
Equipos De Diagnóstico De Rayos X.

Nº SERIE
La empresa indicara a cada centro en su nota de aviso los números de serie y configuración afectados.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR
PHILIPS IBÉRICA, S.A. C/ María de Portugal nº 1, 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad en relación a la posible rotura de la fijación de la parte superior e inferior del mecanismo que controla la inclinación del sistema con la posibilidad de que la mesa rote a alta velocidad, lo que potencialmente podría producir la caída del paciente de la mesa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: ZB7DGN8660
Fecha de la firma: 30/04/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89