ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-213	PS/SSH/45011
PRODUCTO Analizador hematológico automatizado MEK-9100 *Celltac G*.	
Nº SERIE Del 00004 al 00241.	
VERSION SOFTWARE Inferior a la versión 01-15.	
FABRICANTE NIHON KOHDEN Corporation, Japón.	
DISTRIBUIDOR BioSystems S.A., Carrer de la Costa Brava 30, 08030 Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que estos analizadores asignen los datos de una muestra de sangre a un paciente incorrecto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 8S3TC3AC34
Fecha de la firma: 30/04/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89