MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-225	PS/NC/44965

PRODUCTO
Trócar ENDOPATH® XCEL™ de 5 mm con tecnología Optiview, códigos 2B5ST, 2B5LT, 2B5XT, 2CB5ST y 2CB5LT

Nº LOTE
Lotes con fecha de caducidad entre septiembre de 2022 y enero de 2023, ver intervalos para cada código en la Nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Ethicon Endo Surgery , Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A , Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados códigos de producto, debido a la posibilidad de que se produzcan dificultades para extraer el obturador del trócar ENDOPATH® XCEL™ de 5 mm tecnología Optiview.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 30/04/2018
Localizador: Q9D24W731E

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89