MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-219	PS/CH/45076

PRODUCTO
Electrocardiógrafo y unidad de espirometría Cardiovit AT-102 Plus

FINALIDAD PREVISTA
El CARDIOVIT AT-102 plus es un dispositivo de Electrocardiograma (ECG) de 12 canales y espirómetro utilizado para el registro, análisis y la evaluación ECG y de la función respiratoria, para facilitar el diagnóstico de la condición y función cardíaca y pulmonar.

FABRICANTE
SCHILLER AG, Suiza.

DISTRIBUIDORES
SCHILLER ESPAÑA S.A., C/ Dublín, 1 Ofic. 2 (Europolis) 28232 Las Rozas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad respecto al mantenimiento regular y sustitución de la batería cada 24 meses de acuerdo con las instrucciones indicadas en la Guía de Usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa
- Guía de usuario. Capitulo 10. Mantenimiento.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: LJG48A9599
Fecha de la firma: 30/04/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89