MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-230	PS/MRG/45084
PRODUCTO Catéter de transferencia de embriones Soft-Trans.	
Nº LOTE Ver referencias y números de lotes afectados en la nota de aviso del fabricante.	
FABRICANTE Cook Incorporated, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Cook España S.A., Vía Augusta 2 bis 5ª planta, 08006 Barcelona, España.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los catéteres de transferencia de embriones Soft-Trans debido a que se han utilizado en su fabricación cánulas que pueden no haber sido limpiadas de forma adecuada por el proveedor.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso de la empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 30/04/2018
Localizador: GK3PVW38E7

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89