ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-231	PS/CGG/45181

PRODUCTOS

- Somatom Go.Up (Ref. 11061628)
- Somatom Go.Now (Ref.11061618)

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de Tomografía Computarizada (TC) de cuerpo completo

Nº SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA

106204, 106062, 106158, 106140, 106174

FABRICANTE

Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd., China

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci 15, 28906 Getafe (Madrid)

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de tener que repetir la exploración de Tomografía Computarizada a los pacientes debido a 3 problemas de software que afectan a la estabilidad y calidad de la imagen. Estos problemas se resolverán con las actualizaciones de software VA10A_SP2 y VA20A.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/05/2018
Localizador: QENWDFD491

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89