MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-236	PS/CRV/43884
PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA Sondas de nutrición enteral con lastre AL, referencia AL208G.	
FINALIDAD PREVISTA Sondas nasogástricas para administración enteral en adultos.	
Nº LOTES AFECTADOS EN ESPAÑA 16C21-T, 16E12-T y 15J22-T.	
FABRICANTE Cair LGL. Francia.	
DISTRIBUIDOR Laboratorios Cair España, S.L.U. C/ Eduardo Torroja 22, Naves 19 y 20. 28823 Coslada. Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas sondas de nutrición enteral con lastre (AL208G) debido a la posibilidad de que éste se pierda en el momento de la retirada de la sonda, debido a que la resistencia de la adherencia del lastre en la sonda sea escasa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/05/2018
Localizador: LCQFTEG979

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89