MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-237	PS/FFG/45106

PRODUCTO
Conjunto de vástago de 0º y collar con tornillos de fijación para la artrodesis modular Orthopedic Salvage System (OSS) , referencia CP2606600

Nº LOTES
360610 y 333020

FABRICANTE
Biomet Orthopaedics, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomed España, S.L.U.; C/Metalurgia, 32-34, 08038, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de los lotes 360610 y 333020 del conjunto de vástago de 0º y collar con tornillos de fijación para artrodesis medular debido a la posibilidad de que exista una irregularidad de los tornillos de fijación del collar.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/05/2018
Localizador: 9FEB6GA236

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89