MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-218	PS/CH/44939

PRODUCTO
Sistema de monitorización de la Presión intra-abdominal (PIA) AbViser™ Autovalve™, códigos ABV601, ABV300 y ABV301

Nº LOTE
Todos los lotes

FABRICANTE
ConvaTec Limited, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Convatec S.L., C/ Constitución 1, 3ª planta, CP 08960, Sant Just Desvern, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado debido a la posibilidad de que se formen pequeños agujeros en el embalaje primario que podrían comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa a usuarios
- Nota de aviso de la empresa a distribuidores

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: P3G5TN2E12
Fecha de la firma: 04/05/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89