MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-249	PS/SM/45278
PRODUCTO Sistemas Artis zee/Q/Q.zen con pantalla Large Display DSC 5608-DC.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema integral de angiografía digital con detector plano.	
Nº SERIE A partir del número de serie 1550 (con panel L04) de la pantalla Large Display DSC 5608-DC.	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR SIEMENS, S.A. Ronda de Europa, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad en relación a la posibilidad de que la pantalla Large Display no muestre ninguna imagen debido a un problema técnico que puede aparecer cuando la pantalla se activa tras haber estado en el modo de ahorro de energía.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 10/05/2018
Localizador: GAQGBPC90C

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89