ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-250	PS/PRV/44814

PRODUCTO
Bomba peristáltica de infusión Volumed µVP7000

FINALIDAD PREVISTA
Bomba de infusión volumétrica controlada por microprocesador que funciona mediante mecanismo peristáltico.

FABRICANTE
Arcomed AG Medical Systems, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Palex Medical S.A, C/ Jesus Serra Santamans, 5. Sant Cugas del Vallés, Barcelona, 08174

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que la bomba no infunda dentro de los márgenes de precisión establecidos, debido a posibles impactos mecánicos sufridos durante su uso, manipulación y transporte.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 10/05/2018
Localizador: 97CV253712

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89