MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-242	PS/CRV/45061
PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA Llave de 3 vías, referencia RO301M.	
FINALIDAD PREVISTA Llaves de paso de 3 vías lípido resistentes con anillo móvil para administración mediante infusión.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en España en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Cair LGL. Francia.	
DISTRIBUIDOR Laboratorios Cair España, S.L.U. C/ Eduardo Torroja 22, Naves 19 y 20. 28823 Coslada. Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de llaves de 3 vías (RO301M) esterilizados por radiación debido a que la lípido resistencia de las llaves esterilizadas por este método se considera insuficiente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 10/05/2018
Localizador: 78CV6C4415

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89