MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-263	PS/PPR/45274

PRODUCTO
Analazidor RX Imola, Número de catálogo RX 4900, GTIN 05055273206104

FINALIDAD PREVISTA
Analizador de química clínica automatizado

FABRICANTE
Randox Laboratories Ltd, UK

DISTRIBUIDOR
Laboratories Randox S.L., sita en el Paseo de los Ferrocarriles Catalanes 97-117, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

ASUNTO
Actualización de software de RX Imola a la versión 2550447123(ESN) que soluciona entre otros problemas la interpretación anómala al importar más de 100 parámetros a la vez, de las versiones anteriores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Actualización del software de RX imola (abril 2018)

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/05/2018
Localizador: CB3Z6ZV85A

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89