ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-256	PS/SM/45311

PRODUCTO
Unidades de carga articuladas Covidien Endo GIA™.

FINALIDAD PREVISTA
Recarga de grapas quirúrgicas para utilizar con las grapadoras EndoGIA.

REFERENCIAS Y Nº LOTES AFECTADOS EN ESPAÑA
Ver referencias y n^{os} de lote afectados en España en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Covidien LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Iberica, S.A., WTC Almeda Park. Plaça de la Pau, s/n. Edificio 7, 3r Piso. 08940 Cornellà de Llobregat. Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de las unidades de carga articuladas Covidien EndoGIA, debido a la posibilidad de que les falte el componente del mecanismo de formación de las grapas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/05/2018
Localizador: 33BY6ZS968

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89