MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-257	PS/FFG/45193
PRODUCTO Ventilador Carina	
FINALIDAD PREVISTA Ventilador para pacientes dependientes de ventilación mecánica o para asistencia ventilatoria puntual.	
Nº SERIE ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania	
DISTRIBUIDOR Dräger Medical Hispania, S.A, calle Xaudaró, 5, 28034 Madrid,	
ASUNTO Cese de la utilización de determinados ventiladores Carina debido a que un componente en el ensamblado de la válvula no se limpió adecuadamente por lo que existe un riesgo de contaminación del gas respiratorio.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: A3QNGL2AF2
Fecha de la firma: 21/05/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89