MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-258	PS/MAT/45400

PRODUCTO
Material de conexión de canales para las lavadoras desinfectadoras de endoscopios Wassenburg.

FINALIDAD PREVISTA
Conectores de canales utilizados para la conexión de endoscopios en lavadoras desinfectadoras de endoscopios Wassenburg.

REFERENCIAS Y Nº LOTE
Ver códigos de articulo y n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Wassenburg Medical B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR
Sumisan S.A., Avda Recalde, 59, 20018 San Sebastian.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados códigos y lotes del material de conexión de canales para las lavadoras desinfectadoras de endoscopios Wassenburg, debido a la posible ruptura del conector durante el reprocesamiento del endoscopio, lo que podría provocar un reprocesamiento inadecuado de los canales internos del endoscopio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 9YYDSDX979
Fecha de la firma: 21/05/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89