ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-269	PS/NC/44870

PRODUCTO

REFERENCIA	PRODUCTO
ABG01	Betamix gel barrera antiadherente 1 ml
ABG02	Betamix gel barrera antiadherente 2 ml
ABG03	Betamix gel barrera antiadherente 3 ml
ABG05	Betamix gel barrera antiadherente 5 ml
ABG10	Betamix gel barrera antiadherente 10 ml
ABG15	Betamix gel barrera antiadherente 15 ml

FINALIDAD PREVISTA

Gel indicado para prevenir o reducir la formación de adhesiones post-quirúrgicas.

FABRICANTE

Betatech Medical, Turquía

DISTRIBUIDOR

MBA INCORPORADO, S.L , Avda. Jardín Botánico, 1345, SILOS DEL INTRA-GIJON, 33203 ASTURIAS

ASUNTO

Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias del producto BETAMIX GEL BARRERA por posible defecto en el embalaje del blíster que podría comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa MBA

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/05/2018
Localizador: PZFELJP6A7

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89