MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-273	PS/FFG/45379

PRODUCTO
Sistemas respiratorios CPAP

FINALIDAD PREVISTA
Suministrar a los pacientes la terapia respiratoria CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Aérea) ya sea con cánula nasal o mascarilla buconasal.

FABRICANTE
Armstrong Medical Ltd, Irlanda del Norte

DISTRIBUIDOR
Martin Vecino S.L, P.I. Cobo Calleja C/ León Nº 80, 28940- Fuenlabrada- Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso para que se establezcan vías de gas inspiratorio y espiratorio separadas antes del uso del dispositivo en el paciente, para minimizar el riesgo de barotrauma pulmonar durante situaciones de fallo

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/05/2018
Localizador: SSQ2QG3CDB

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89