MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-270	PS/MAT/45464
PRODUCTO Catéter Venoso Central de Varios Lúmenes de ARROW®	
REFERENCIA Y Nº LOTE Ver referencias y n^{os} de lote afectados en el Anexo 2 de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE ARROW International Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Teleflex Medical, Calle Quito s/n, Polígono Industrial Camporrosso, 28806 Alcalá de Henares	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del catéter venoso central (CVC) de varios lúmenes de ARROW®, debido a un aumento de la resistencia, observado al introducir el CVC en la guía tipo resorte.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/05/2018
Localizador: 9RKVXYW5AD

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89