MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-277	PS/ME/45182

PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA
ThermoScientific™ Oxoid™ OX1 Oxacillin, CT0159B.

FINALIDAD PREVISTA
Discos para pruebas de sensibilidad a oxacilina utilizados en el método de la prueba semicuantitativa in vitro de difusión en agar.

Nº LOTE
2248254

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific Microbiology. Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics SLU. C/ de Luis I, 9. 28031 Madrid.

ASUNTO
Cese de la utilización del lote 2248254 de Oxoid™ OX1 Oxacillin, CT0159B, debido a la posibilidad de que algunos paquetes contengan cartuchos individuales de un producto diferente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/05/2018
Localizador: 62X54XAE47

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89