MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-276	PS/ME/45287
PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA Torniquete para extremidades SAM XT-M, SAM XT-C y SAM XT-B.	
FINALIDAD PREVISTA Torniquete indicado para la aplicación en brazos y piernas con el fin de parar el sangrado de miembros heridos.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE SAM Medical. Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Adaro Tecnología S.A. Parque Científico-Tecnológico de Gijón. C/ Jimena Fernández de la Vega, 38. 33203 Gijón.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del Torniquete para extremidades SAM XT-M, SAM XT-C y SAM XT-B, debido a la posibilidad de que un defecto en el cosido manual provoque un fallo en la costura que sujeta la hebilla a la correa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 4QKCNEVBD7
Fecha de la firma: 28/05/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89