ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

PRODUCTO FALSIFICADO

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-285	PS/CV/CEL/3029

PRODUCTOS
Preservativos Durex

FABRICANTE
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd.

ASUNTO
Notificación por las Autoridades Competentes de Serbia, de la distribución en el mercado Serbio de unidades falsificadas de distintos modelos de preservativos “Durex”.

ACCIONES
Para conocimiento y a efectos de control de mercado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los preservativos “Durex” originales se encuentran comercializados en el mercado español.

Se han detectado falsificaciones de cuatro modelos diferentes de preservativos “Durex” en presentaciones de 3 unidades. En el etiquetado del producto, el nombre del modelo figura en inglés (“Classic”, “Extra Safe”, “Tickle Me” y “Feel Thin”) y el resto de la información en los idiomas húngaro, búlgaro, rumano y serbio.
Los productos falsificados se pueden diferenciar de los originales en pequeños detalles. El aspecto más identificativo es que en las unidades falsificadas entre la fecha de caducidad y el lote figura “made in Thailand” o “made in China”, que no aparece en las unidades originales.

No se han detectado unidades falsificadas con la información en español.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 7/2018

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 28/05/2018
Localizador: 2LPXNKY2B0

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89