ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-286	PS/ME/45403

PRODUCTO AFECTADO EN ESPAÑA
Cardiosave Hybrid IABP.

FINALIDAD PREVISTA
Consola de contrapulsación intra-aórtica (IABP) que proporciona asistencia mecánica cardíaca para aumentar el gasto cardíaco.

Nº REFERENCIA
Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Datascope Corp. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain. C/ Marie Curie, 5. Edificio Alfa, oficinas 6.1-6.2. 28521 Rivas Vaciamadrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que la entrada de líquidos, como solución salina, afecte a las tarjetas electrónicas, lo que podría provocar un retraso o interrupción de la terapia de contrapulsación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/05/2018
Localizador: 9C43EQLEFF

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89