MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-283	PS/MRG/45650
PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA Equipos de anestesia Dräger Fabius.	
Nº SERIE Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Dräger Medical Hispania, S.A. C/ Xaudaró, 5. 28034 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad debido a una posible avería en el sistema de dosificación mínima de O2 (S-ORC).	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso de la empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/05/2018
Localizador: XVETTKZ691

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89