MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-290	PS/PF/45307

PRODUCTO

- Tijeras Laparoscópicas Harmonic Ace® de 5 mm de diámetro + tecnología de adaptación al tejido (longitud 23 cm), código de producto HAR23
- Tijeras Laparoscópicas Harmonic Ace® de 5 mm de diámetro + tecnología de adaptación al tejido (longitud 36 cm), código de producto HAR36

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Ethicon Endo Surgery, LLC, EEUU

DISTRIBUIDOR

Johnson & Johnson S.A , Paseo de las Doce Estrellas 5 - 7, 28042 Madrid

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de las Tijeras Laparoscópicas Harmonic Ace® + con tecnología de adaptación al tejido (23 cm y 36 cm) debido a que podrían haber sido montados con un componente interno que puede causar la activación continua o inadvertida del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 39WZVFZ799
Fecha de la firma: 29/05/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89