MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-296	PS/MRG/45770

PRODUCTO
D-RAD SMART PACK placa 4 agujeros derecha, estándar.
Nº catálogo: 71158021.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de placas de un solo uso para la fijación de fracturas del radio distal.

Nº LOTE
16CM10031, 16CM12063, 16EM23472 y 16FM12076

FABRICANTE
Smith & Nephew Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smith & Nephew SAU. C/ Fructuós Gelabert 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona).

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes debido a que la pestaña, o función principal de bloqueo de la placa, se ha fabricado fuera de las especificaciones establecidas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/05/2018
Localizador: LQPSDPWC20

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89