MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-295	PS/CH/45535

PRODUCTO
Contenedores del Instrumental del Sistema de Hombro Comprehensive. Referencias 595608, 595260 y 595261.

FABRICANTE
Zimmer Biomet, EEUU.

DISTRIBUIDOR
ZIMMER BIOMET SPAIN,S.L.U. calle Metalurgia, 32-34, Edificio Sertram II, 08038 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados contenedores del instrumental del sistema de hombro Comprehensive, debido a que no cumplen con las recomendaciones de peso de las normas ANSI/AAMI ST79 e ISO 17665-2006 vigentes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa a distribuidores
- Nota de aviso de la empresa a clientes

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/05/2018
Localizador: QZE3JZF571

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89