MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-293	PS/NC/45539
PRODUCTO Fargo, referencias FRGMIN4.2F120MP Y FRGMIN4.2F135	
FINALIDAD PREVISTA Guía para catéteres vasculares en intervenciones neurológicas diagnósticas y terapéuticas	
Nº LOTE Del lote 00243032 al 00312502 incluido	
FABRICANTE BALT EXTRUSION, Francia	
DISTRIBUIDOR BALT SPAIN MEDICAL,S.L, C/Ausias March 124,08013 Barcelona	
ASUNTO Advertencias de seguridad debido a que el etiquetado indica incorrectamente el tamaño de la guía del catéter en “mm” cuando debería indicar “cm”.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 31/05/2018
Localizador: 98EF44YA50

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89