# ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-309 | PS/CV/MTM/37101 |

**PRODUCTO**
Sistemas Biograph mCT y Biograph mCT Flow

**FINALIDAD PREVISTA**
Los sistemas Biograph mCT son escáneres combinados de tomografía por emisión de positrones (PET) y tomografía computerizada (CT) por rayos X.

**FABRICANTE**
Siemens Medical Solutions, Inc., EEUU

**DISTRIBUIDOR**
Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de que se afloje la ventana del marcador luminoso de los sistemas Biograph mCT y Biograph mCT Flow.

**INFORMACION ADICIONAL**
En diciembre de 2016, la empresa remitió una nota de aviso a los centros afectados para informar del problema detectado y de las recomendaciones a seguir. La AEMPS transmitió esta información el 3 de enero de 2017, alerta 2017-006.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso en la que informa que el servicio técnico procederá a la sustitución de las ventanas del marcador luminoso.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**
- Nota de aviso de la empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 3PX2VZV600
Fecha de la firma: 05/06/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89