ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-311	PS/PRV/45901
PRODUCTO Sistemas Artis Pheno	
FINALIDAD PREVISTA Sistema integral de angiografía digital con detector plano	
Nº SERIE La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie y configuración afectados	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad y recomendaciones relativas a una posible situación de peligro si se rota manualmente el arco en C a máxima velocidad, lo que podría activar el mecanismo de detención de seguridad del sistema. Debido a la caída del arco en C, la cubierta del detector o del colimador podría tocar y herir al paciente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 05/06/2018
Localizador: PDA485KD14

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89