MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-313	PS/CH/45374

PRODUCTO
Sistemas de enfriamiento y calentamiento Sarns TCM y TCM II, referencias 15747 y 4416

FABRICANTE
Terumo Cardiovascular System Corporation, EEUU

DISTRIBUIDOR
Terumo Europe España S.L. sita en Av. Juan Carlos I nº 13, 7ª planta, 28806, Alcalá de Henares

ASUNTO
Actualización de las instrucciones de limpieza de los Sistemas de enfriamiento y calentamiento Sarns TCM y TCMII, para reducir el riesgo de contaminación microbiana.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso de la empresa.
- Instrucciones de Limpieza actualizadas del calentador enfriador.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 05/06/2018
Localizador: 3P3QVL6755

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89